

diamet®



diamet® optima

Kontrolllösung

Zur Überprüfung des Blutzucker-Messsystems diamet® optima

Zur Eigenanwendung geeignet.

PZN: 03656505

Packungsinhalt:

2 Level Kontrolllösung je 4 ml
In-vitro-Diagnostikum zur Eigenanwendung
Gebrauchsanleitung

Chemische Zusammensetzung:

Aktiver Bestandteil: D-Glukose 0,03 % - 0,30 %

Inaktiver Bestandteil: > 99,7 %

diamet® Blutzucker-Kontrolllösung ist kompatibel mit den diamet® optima und diamet® balance Blutzucker-Messsystemen.

Die Kontrolllösung enthält eine bekannte Menge an Glukose, die mit den Reagenzien auf dem Teststreifen reagiert und so sicherstellen kann, dass Messgerät und Teststreifen korrekt funktionieren.

Eine Überprüfung mit Kontrolllösung ist wichtig und sollte routinemäßig durchgeführt werden, um genaue Funktion des Systems sicher zu stellen.

Hinweis:

Lesen Sie vor Gebrauch sorgfältig die Anleitung